

**Código de Laboratorio:** 1320 HOSPITAL DE QUILPUE  
**Tipo de complejidad :** A

Identificación de la Evaluación	Criterio de desempeño	Puntaje
<b>Envío</b> : Envío 1 de 2 <b>Fecha Envío</b> : 25 de Mayo de 2021 <b>Fecha Entrega Informe</b> : 23 de Julio de 2021 <b>Versión del Informe</b> : V 0	<b>IDENTIFICACIÓN BACTERIANA</b> Laboratorios Tipo A	Satisfactorio : 23 puntos con un máximo de 32
	<b>SUSCEPTIBILIDAD</b> Laboratorios tipo A-B-C	Satisfactorio : 17 puntos con un máximo de 20 puntos en ausencia de error muy grave. Considerando antimicrobianos fijos y adicionales.

**Resultados de Identificación reportados**

Muestra	Identificación	Puntaje identificación de la muestra
1-2021A1	Salmonella spp.	6,00
1-2021A2	Enterococcus faecalis	8,00
1-2021A3	Streptococcus pneumoniae	8,00
1-2021A4	Eikenella corrodens	8,00

**Puntaje de Identificación : 30,00**

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE  
Tipo de complejidad : A

Identificación de la Evaluación	Criterio de desempeño	Puntaje
<b>Envío</b> : Envío 1 de 2 <b>Fecha Envío</b> : 25 de Mayo de 2021 <b>Fecha Entrega Informe</b> : 23 de Julio de 2021 <b>Versión del Informe</b> : V 0	<b>IDENTIFICACIÓN BACTERIANA</b> Laboratorios Tipo A	Satisfactorio : 23 puntos con un máximo de 32
	<b>SUSCEPTIBILIDAD</b> Laboratorios tipo A-B-C	Satisfactorio : 17 puntos con un máximo de 20 puntos en ausencia de error muy grave. Considerando antimicrobianos fijos y adicionales.

### Resultados Susceptibilidad reportados

Muestra	Antimicrobiano	Método	ug/ml	Halo(mm)	Interpretación	Puntaje
1-2021A1	Cefotaxima	CIM	<= 1,000	---	Sensible	2,00
1-2021A1	Ciprofloxacino	CIM	<= 0,250	---	Sensible	1,70
1-2021A1	Cloranfenicol	Difusión	<= ---	25	Sensible	2,00
Muestra	Antimic. adicional	Método	ug/ml	Halo(mm)	Interpretación	Puntaje
Muestra	Antimicrobiano	Método	ug/ml	Halo(mm)	Interpretación	Puntaje
1-2021A2	Ampicilina	CIM	<= 2,000	---	Sensible	3,00
1-2021A2	Ciprofloxacino	CIM	<= 0,500	---	Sensible	No evaluado
1-2021A2	Vancomicina	CIM	= 2,000	---	Sensible	3,00
Muestra	Antimic. adicional	Método	ug/ml	Halo(mm)	Interpretación	Puntaje
1-2021A2	Linezolid	CIM	<= 2,000	---	Sensible	1,00
Muestra	Antimicrobiano	Método	ug/ml	Halo(mm)	Interpretación	Puntaje
1-2021A3	Cefotaxima	CIM	<= 0,250	---	Sensible	1,70
1-2021A3	Levofloxacino	CIM	<= 1,000	---	Sensible	2,00
1-2021A3	Penicilina	CIM	<= 0,031	---	Sensible	2,00
Muestra	Antimic. adicional	Método	ug/ml	Halo(mm)	Interpretación	Puntaje
1-2021A3	Vancomicina	CIM	<= 0,250	---	Sensible	1,00

Puntaje de Susceptibilidad : 19,40

**Código de Laboratorio:** 1320 HOSPITAL DE QUILPUE  
**Tipo de complejidad :** A

Identificación de la Evaluación	Criterio de desempeño	Puntaje
<p><b>Envío</b> : Envío 1 de 2 <b>Fecha Envío</b> : 25 de Mayo de 2021 <b>Fecha Entrega Informe</b> : 23 de Julio de 2021 <b>Versión del Informe</b> : V 0</p>	<p><b>IDENTIFICACIÓN BACTERIANA</b> Laboratorios Tipo A</p> <p><b>SUSCEPTIBILIDAD</b> Laboratorios tipo A-B-C</p>	<p>Satisfactorio : 23 puntos con un máximo de 32</p> <p>Satisfactorio : 17 puntos con un máximo de 20 puntos en ausencia de error muy grave. Considerando antimicrobianos fijos y adicionales.</p>
<b>Conclusión</b>		
<p><b>IDENTIFICACIÓN BACTERIANA</b></p> <p>Su puntaje total : 30,00 Su desempeño : Satisfactorio</p>		<p><b>SUSCEPTIBILIDAD</b></p> <p>Su puntaje total : 19,40 Error muy grave : No Su desempeño : Satisfactorio</p>

**Código de Laboratorio:** 1320 HOSPITAL DE QUILPUE  
**Tipo de complejidad :** A

Identificación de la Evaluación	Criterio de desempeño	Puntaje
<b>Envío</b> : Envío 1 de 2 <b>Fecha Envío</b> : 25 de Mayo de 2021 <b>Fecha Entrega Informe</b> : 23 de Julio de 2021 <b>Versión del Informe</b> : V 0	<b>IDENTIFICACIÓN BACTERIANA</b> Laboratorios Tipo A	Satisfactorio : 23 puntos con un máximo de 32
	<b>SUSCEPTIBILIDAD</b> Laboratorios tipo A-B-C	Satisfactorio : 17 puntos con un máximo de 20 puntos en ausencia de error muy grave. Considerando antimicrobianos fijos y adicionales.

**Resultados Históricos**

Nº Evaluación	Fecha Evaluación	Identificación		Susceptibilidad		
		Su Puntaje	Su Desempeño	Su Puntaje	Error Muy Grave	Su Desempeño
2019-1	16/04/19	32,00	Satisfactorio	13,70	No	Satisfactorio
2019-2	08/10/19	32,00	Satisfactorio	15,70	No	Satisfactorio
2021-1	25/05/21	30,00	Satisfactorio	19,40	No	Satisfactorio


**Código de Laboratorio:** 1320 HOSPITAL DE QUILPUE  
**Tipo de complejidad :** A

**Observaciones**

**Específicas :**

**Generales :** El plazo para que los laboratorios participantes realicen sus apelaciones es de 15 días hábiles, desde la fecha que se publica el informe de resultados en el Portal PEEC: 23 de julio 2021.

*La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente*



**Autorizado por:**

T.M. PEDRO ALARCÓN LÓPEZ  
ENCARGADO PEEC BACTERIOLOGIA