

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**

Envío : Envío 1 de 1  
 Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
 Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
 Tipo de Muestra : Suero  
 Versión del Informe : V 0

**Resultados cuantitativos**

Material Control	Parámetro	Su Resultado	n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Z-Score	Desempeño
211-1	Proteína C reactiva	31,9 mg / L	56	35,693	2,917	8,17	0,487	-10,63	-1.30	** Satisfactorio
211-2	Proteína C reactiva	14,06 mg / L	56	16,202	2,036	12,56	0,340	-13,22	-1.05	** Satisfactorio

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual

\* = Desempeño determinado por Analito

\*\* = Desempeño determinado por Metodología

(c)=Valor corregido para Sr y ZScore

**Código de Laboratorio** : 1320      **HOSPITAL DE QUILPUE**

**Identificación de la Evaluación**

**Envío** : Envío 1 de 1  
**Fecha Envío** : 8 de Junio de 2021  
**Fecha Entrega Informe** : 21 de Julio de 2021  
**Tipo de Muestra** : Suero  
**Versión del Informe** : V 0

Desempeño Factor Reumatoideo	MIS Envío	MIS Histórico
<b>MIS Envío</b> : 0 Satisfactorio	0 : Satisfactorio	0 - 1 : Satisfactorio
<b>MIS Histórico</b> : 0 Satisfactorio	>= 1 : Insatisfactorio	>=2 : Insatisfactorio
	SC : Sin Consenso	NCR : No cumple requisitos

**Resultados Factor Reumatoideo**

Parámetro	Material Control	Su Resultado	Resultado Consenso
Factor Reumatoideo	211-1	Positivo	Positivo
Factor Reumatoideo	211-2	Negativo	Negativo

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

#### Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 1  
 Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
 Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
 Tipo de Muestra : Suero  
 Versión del Informe : V 0

#### Gráficos

**Analito :** Proteína C reactiva

Muestra 211-1



Muestra 211-2



**Su Método :** *Química seca*

Muestra 211-1



Muestra 211-2



Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

## Identificación de la Evaluación

## Desempeño


Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

Satisfactorio :  $IZI \leq 2.0$   
Cuestionable :  $2.0 < IZI < 3.0$   
Insatisfactorio :  $IZI \geq 3.0$

IZI = Valor absoluto de Z-score

## Gráficos Z Score Históricos

### Analito : Proteína C reactiva



Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**

Envío : Envío 1 de 1  
 Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
 Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
 Tipo de Muestra : Suero  
 Versión del Informe : V 0

**Resultados Históricos**

Factor Reumatoideo		Material Control	Su Resultado	Resultado Consenso	MIS Envío	MIS Histórico
Nº Evaluación	Fecha Evaluación					
2-2019	06/08/19	192-1	Positivo	Positivo	0	0
		192-2	Negativo	Negativo		
1-2020	03/11/20	201-1	Negativo	Negativo	0	0
		201-2	Positivo	Positivo		
1-2021	08/06/21	211-1	Positivo	Positivo	0	0
		211-2	Negativo	Negativo		

Proteína C Reactiva		Material Control	Su Resultado	Resultado Consenso	MIS Envío	MIS Histórico
Nº Evaluación	Fecha Evaluación					

**MIS Envío**

0 : Satisfactorio  
 >= 1 : Insatisfactorio  
 SC : Sin Consenso

**MIS Histórico**

0 - 1 : Satisfactorio  
 >=2 : Insatisfactorio  
 NCR : No cumple requisitos

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

### Desempeño Histórico

**SRZ:** Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 3 evaluaciones.

Parámetro	SRZ	Desempeño Histórico
Proteína C reactiva	-1,22	Satisfactorio

Criterios para Desempeño Histórico:  $|SRZ| \leq 2$  Satisfactorio;  $2 < |SRZ| < 3$  Cuestionable y  $|SRZ| \geq 3$  Insatisfactorio. Donde  $|SRZ| =$  Valor absoluto de SRZ

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**



Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

**Observaciones**

**Específicas :** Sin observaciones.

**Generales :** La evaluación del desempeño para PCR en el método Aglutinación en Látex y Química seca, se realiza por grupo par. El consenso para la evaluación cualitativa se alcanza cuando el 70% o más de los laboratorios coinciden en el resultado.

*La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente*



**Autorizado por:**

BQ. PATRICIA SANTIS ÁVALOS  
PROFESIONAL SECCIÓN INMUNOLOGÍA.