

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**

**Desempeño**

**Envío** : Envío 1 de 1  
**Fecha Envío** : 8 de Junio de 2021  
**Fecha Entrega Informe** : 21 de Julio de 2021  
**Tipo de Muestra** : Suero  
**Versión del Informe** : V 0

Satisfactorio IZI  $\leq$  2.0  
Cuestionable  $2.0 < \text{IZI} < 3.0$   
Insatisfactorio IZI  $\geq$  3.0

IZI = Valor absoluto de Z-score

**Resultados**

Material Control	Parámetros	Resultado	n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Z-Score	Desempeño
211-5	AFP	7,82 ng / mL	73	9,1403	1,2615	13,80	0,1845	-14,44	-1,05	Satisfactorio
211-5	CA 125	32,4 U / mL	13	29,0930	1,2081(c)	3,92	0,3957	11,37	2,74(c)	Cuestionable
211-5	CEA	2,68 ng / mL	83	2,6499	0,3286	12,40	0,0450	1,14	0,09	Satisfactorio
211-5	PSA Total	0,093 ng / mL	147	0,0992	0,0193	19,40	0,0019	-6,28	-0,32	Satisfactorio



n=Número de Laboratorios Evaluados Xr=Media Robusta Sr=Desviación Estándar Robusta CVr=Coficiente de Variación Robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**

Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

**Gráficos Analito : AFP**



Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación


Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

Gráficos Analito : CA 125

Muestra 211-5



Su Método Quimioluminiscencia



\*Su Grupo Par: G6



\* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.


**Código de Laboratorio** : 1320      HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**


**Envío** : Envío 1 de 1  
**Fecha Envío** : 8 de Junio de 2021  
**Fecha Entrega Informe** : 21 de Julio de 2021  
**Tipo de Muestra** : Suero  
**Versión del Informe** : V 0

**Gráficos Analito** : CEA

Muestra 211-5



Su Método Quimioluminiscencia



Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320      HOSPITAL DE QUILPUE

#### Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 1  
 Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
 Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
 Tipo de Muestra : Suero  
 Versión del Informe : V 0

#### Gráficos Analito : PSA Total

Muestra 211-5



Su Método Quimioluminiscencia




Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

### Gráficos Z-Score Históricos :AFP




Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

### Gráficos Z-Score Históricos :CA 125




Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

### Gráficos Z-Score Históricos :CEA




Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

### Gráficos Z-Score Históricos :PSA Total



Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**

Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

**Desempeño Histórico : PSA Total**

**SRZ:** Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 3 evaluaciones.

Parámetros	SRZ	Desempeño Histórico
AFP	-2,98	Cuestionable
CEA	0,27	Satisfactorio
CA 125	3,15	Insatisfactorio
PSA Libre		
PSA Total	-2,20	Cuestionable
CA 19-9		
CA 15-3		

Criterios para Desempeño Histórico:  $|SRZ| \leq 2$  Satisfactorio;  $2 < |SRZ| < 3$  Cuestionable y  $|SRZ| \geq 3$  Insatisfactorio. Donde  $|SRZ|$  = Valor absoluto de SRZ

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación



Envío : Envío 1 de 1  
Fecha Envío : 8 de Junio de 2021  
Fecha Entrega Informe : 21 de Julio de 2021  
Tipo de Muestra : Suero  
Versión del Informe : V 0

Observaciones

Específicas : Sin observaciones.

Generales : Sin observaciones.

*La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente*



Autorizado por:

BQ. PATRICIA SANTIS ÁVALOS  
PROFESIONAL SECCIÓN INMUNOLOGÍA.