

P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2 **Nº Evaluación** : 125
Fecha Envío : 11 de Mayo de 2021 **Fecha Entrega Informe** : 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado **Versión del Informe** : V 1

Equipamiento Utilizado en Material de Control: QS 125

Analito	Grupo	Equipo	Marca	Modelo	Método
Alanino Aminotransferasa	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Albumina	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Amilasa	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Aspartato Aminotransferasa	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Bilirrubina Directa	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Bilirrubina Total	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Calcio	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Cloruro	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Colesterol	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Colesterol HDL	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Creatin quinasa	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Creatinina	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Fosfatasa Alcalina	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Fosfato	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Gamma-glutamyl-transpeptidasa	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Glucosa	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Hierro	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Lactato	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Magnesio	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Potasio	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Proteínas Totales	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Sodio	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Triglicéridos	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Urato	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca
Urea	31	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Química seca

P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
--	------------------

Envío : Envío 1 de 2	N° Evaluación : 125	Satisfactorio : IZI <= 2.0
Fecha Envío : 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe : 18 de Junio de 2021	Cuestionable : 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 1	Insatisfactorio : IZI >= 3.0

IZI=Valor absoluto de Z-score

Resultados del Material de Control Resumen: QS 125											
Analito	Resultado	Unidad	Resumen							Desempeño	Clasificado en
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore		
Alanino Aminotransferasa	145.50	UI / L	75	156,761	5,973	3,81	0,862	-7,18	-1,89	Satisfactorio	Equipamiento
Albumina	2.92	g / dL	75	3,015	0,103	3,41	0,015	-3,15	-0,92	Satisfactorio	Equipamiento
Amilasa	175.75	UI / L	60	181,589	7,052	3,88	1,138	-3,22	-0,83	Satisfactorio	Equipamiento
Aspartato Aminotransferasa	194.75	UI / L	75	194,942	5,843	3,00	0,849	-0,10	-0,03	Satisfactorio	Equipamiento
Bilirrubina Directa	0.23	mg / dL	54	0,244	0,139	57,18	0,024	-5,57	-0,10	No Evaluado	Equipamiento
Bilirrubina Total	4.80	mg / dL	75	4,707	0,226	4,80	0,033	1,98	0,41	Satisfactorio	Equipamiento
Calcio	12.63	mg / dL	69	12,710	0,297	2,34	0,045	-0,63	-0,27	Satisfactorio	Equipamiento
Cloruro	122.00	mmol / L	63	121,839	2,356	1,93	0,371	0,13	0,07	Satisfactorio	Equipamiento
Colesterol	270.50	mg / dL	76	262,102	7,484	2,86	1,073	3,20	1,12	Satisfactorio	Equipamiento
Colesterol HDL	82.25	mg / dL	71	92,358	7,459	8,08	1,114	-10,94	-1,36	Satisfactorio	Equipamiento
Creatin quinasa	450.25	UI / L	59	419,584	20,338	4,85	3,367	7,31	1,51	Satisfactorio	Equipamiento
Creatinina	4.74	mg / dL	76	4,622	0,152	3,28	0,022	2,56	0,78	Satisfactorio	Equipamiento
Fosfatasa Alcalina	260.00	UI / L	75	248,100	12,630	5,09	1,823	4,80	0,94	Satisfactorio	Equipamiento
Fosfato	7.28	mg / dL	68	6,879	0,194	2,82	0,030	5,82	2,06	Cuestionable	Equipamiento
Gamma-glutamyl-transpeptidasa	202.50	UI / L	70	199,192	6,846	3,44	1,030	1,66	0,48	Satisfactorio	Equipamiento
Glucosa	265.75	mg / dL	76	266,601	5,532	2,07	0,804	-0,32	-0,15	Satisfactorio	Equipamiento
Hierro	220.50	µg / dL	38	229,937	9,352	4,07	1,896	-4,10	-1,01	Satisfactorio	Equipamiento
Lactato	43.78	mg / dL	25	45,915	1,300	2,83	0,355	-4,65	-1,64	Satisfactorio	Equipamiento
Magnesio	4.28	mg / dL	36	4,205	0,117	2,78	0,024	1,79	0,64	Satisfactorio	Equipamiento
Potasio	6.08	mmol / L	64	6,236	0,098	1,57	0,015	-2,50	-1,60	Satisfactorio	Equipamiento
Proteínas Totales	4.82	g / dL	75	4,908	0,153	3,12	0,022	-1,79	-0,57	Satisfactorio	Equipamiento
Sodio	159.25	mmol / L	64	157,782	2,516	1,59	0,396	0,93	0,58	Satisfactorio	Equipamiento
Triglicéridos	293.50	mg / dL	76	285,265	9,621	3,37	1,380	2,89	0,86	Satisfactorio	Equipamiento
Urato	9.46	mg / dL	72	8,999	0,244	2,71	0,036	5,12	1,89	Satisfactorio	Equipamiento
Urea	115.50	mg / dL	75	118,261	3,850	3,26	0,597	-2,33	-0,72	Satisfactorio	Equipamiento

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre
D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
--	------------------

Envío : Envío 1 de 2	N° Evaluación : 125	Satisfactorio : IZI <= 2.0
Fecha Envío : 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe : 18 de Junio de 2021	Cuestionable : 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 1	Insatisfactorio : IZI >= 3.0

IZI=Valor absoluto de Z-score

Resultados del Material de Control Equipamiento:		QS 125										
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Equipamiento									Desempeño
			n	Ex	At	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Alanino Aminotransferasa	145.50 UI / L		75	0	2	156,761	5,973	3,81	0,862	-7,18	-1,89	Satisfactorio
Albumina	2.92 g / dL		75	0	4	3,015	0,103	3,41	0,015	-3,15	-0,92	Satisfactorio
Amilasa	175.75 UI / L		60	0	2	181,589	7,052	3,88	1,138	-3,22	-0,83	Satisfactorio
Aspartato Aminotransferasa	194.75 UI / L		75	1	3	194,942	5,843	3,00	0,849	-0,10	-0,03	Satisfactorio
Bilirrubina Directa	0.23 mg / dL		54	1	2	0,244	0,139	57,18	0,024	-5,57	-0,10	No Evaluado
Bilirrubina Total	4.80 mg / dL		75	0	1	4,707	0,226	4,80	0,033	1,98	0,41	Satisfactorio
Calcio	12.63 mg / dL		69	0	3	12,710	0,297	2,34	0,045	-0,63	-0,27	Satisfactorio
Cloruro	122.00 mmol / L		63	0	3	121,839	2,356	1,93	0,371	0,13	0,07	Satisfactorio
Colesterol	270.50 mg / dL		76	0	2	262,102	7,484	2,86	1,073	3,20	1,12	Satisfactorio
Colesterol HDL	82.25 mg / dL		71	1	1	92,358	7,459	8,08	1,114	-10,94	-1,36	Satisfactorio
Creatin quinasa	450.25 UI / L		59	2	5	419,584	20,338	4,85	3,367	7,31	1,51	Satisfactorio
Creatinina	4.74 mg / dL		76	0	1	4,622	0,152	3,28	0,022	2,56	0,78	Satisfactorio
Fosfatasa Alcalina	260.00 UI / L		75	0	3	248,100	12,630	5,09	1,823	4,80	0,94	Satisfactorio
Fosfato	7.28 mg / dL		68	1	5	6,879	0,194	2,82	0,030	5,82	2,06	Cuestionable
Gamma-glutamyl-transpeptidasa	202.50 UI / L		70	1	5	199,192	6,846	3,44	1,030	1,66	0,48	Satisfactorio
Glucosa	265.75 mg / dL		76	2	2	266,601	5,532	2,07	0,804	-0,32	-0,15	Satisfactorio
Hierro	220.50 µg / dL		38	0	1	229,937	9,352	4,07	1,896	-4,10	-1,01	Satisfactorio
Lactato	43.78 mg / dL		25	4	4	45,915	1,300	2,83	0,355	-4,65	-1,64	Satisfactorio
Magnesio	4.28 mg / dL		36	0	1	4,205	0,117	2,78	0,024	1,79	0,64	Satisfactorio
Potasio	6.08 mmol / L		64	1	3	6,236	0,098	1,57	0,015	-2,50	-1,60	Satisfactorio
Proteínas Totales	4.82 g / dL		75	1	4	4,908	0,153	3,12	0,022	-1,79	-0,57	Satisfactorio
Sodio	159.25 mmol / L		64	1	3	157,782	2,516	1,59	0,396	0,93	0,58	Satisfactorio
Triglicéridos	293.50 mg / dL		76	0	4	285,265	9,621	3,37	1,380	2,89	0,86	Satisfactorio
Urato	9.46 mg / dL		72	0	3	8,999	0,244	2,71	0,036	5,12	1,89	Satisfactorio
Urea	115.50 mg / dL		75	10	11	118,261	3,850	3,26	0,597	-2,33	-0,72	Satisfactorio

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore Ex=Valores Extremos At=Valores Atípicos

P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
--	------------------

Envío : Envío 1 de 2	N° Evaluación : 125	Satisfactorio : IZI <= 2.0
Fecha Envío : 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe : 18 de Junio de 2021	Cuestionable : 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 1	Insatisfactorio : IZI >= 3.0

IZI=Valor absoluto de Z-score

Resultados del Material de Control Metodología:			QS 125										
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Metodología										Desempeño
			n	Ex	At	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore		
Alanino Aminotransferasa	145.50	UI / L	75	0	2	156,761	5,973	3,81	0,862	-7,18	-1,89		
Albúmina	2.92	g / dL	75	0	4	3,015	0,103	3,41	0,015	-3,15	-0,92		
Amilasa	175.75	UI / L	60	0	2	181,589	7,052	3,88	1,138	-3,22	-0,83		
Aspartato Aminotransferasa	194.75	UI / L	75	1	3	194,942	5,843	3,00	0,849	-0,10	-0,03		
Bilirrubina Directa	0.23	mg / dL	54	1	2	0,244	0,139	57,18	0,024	-5,57	-0,10		
Bilirrubina Total	4.80	mg / dL	75	0	1	4,707	0,226	4,80	0,033	1,98	0,41		
Calcio	12.63	mg / dL	69	0	3	12,710	0,297	2,34	0,045	-0,63	-0,27		
Cloruro	122.00	mmol / L	63	0	3	121,839	2,356	1,93	0,371	0,13	0,07		
Colesterol	270.50	mg / dL	76	0	2	262,102	7,484	2,86	1,073	3,20	1,12		
Colesterol HDL	82.25	mg / dL	71	1	1	92,358	7,459	8,08	1,114	-10,94	-1,36		
Creatin quinasa	450.25	UI / L	59	2	5	419,584	20,338	4,85	3,367	7,31	1,51		
Creatinina	4.74	mg / dL	76	0	1	4,622	0,152	3,28	0,022	2,56	0,78		
Fosfatasa Alcalina	260.00	UI / L	75	0	3	248,100	12,630	5,09	1,823	4,80	0,94		
Fosfato	7.28	mg / dL	68	1	5	6,879	0,194	2,82	0,030	5,82	2,06		
Gamma-glutamyl-transpeptidasa	202.50	UI / L	70	1	5	199,192	6,846	3,44	1,030	1,66	0,48		
Glucosa	265.75	mg / dL	76	2	2	266,601	5,532	2,07	0,804	-0,32	-0,15		
Hierro	220.50	µg / dL	38	0	1	229,937	9,352	4,07	1,896	-4,10	-1,01		
Lactato	43.78	mg / dL	25	4	4	45,915	1,300	2,83	0,355	-4,65	-1,64		
Magnesio	4.28	mg / dL	36	0	1	4,205	0,117	2,78	0,024	1,79	0,64		
Potasio	6.08	mmol / L	64	1	3	6,236	0,098	1,57	0,015	-2,50	-1,60		
Proteínas Totales	4.82	g / dL	75	1	4	4,908	0,153	3,12	0,022	-1,79	-0,57		
Sodio	159.25	mmol / L	64	1	3	157,782	2,516	1,59	0,396	0,93	0,58		
Triglicéridos	293.50	mg / dL	76	0	4	285,265	9,621	3,37	1,380	2,89	0,86		
Urato	9.46	mg / dL	72	0	3	8,999	0,244	2,71	0,036	5,12	1,89		
Urea	115.50	mg / dL	75	10	11	118,261	3,850	3,26	0,597	-2,33	-0,72		

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coficiente de variación robusto U(x) =Incertidumbre
D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore Ex=Valores Extremos At=Valores Atípicos

P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
--	------------------

Envío : Envío 1 de 2	N° Evaluación : 125	Satisfactorio : IZI <= 2.0
Fecha Envío : 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe : 18 de Junio de 2021	Cuestionable : 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 1	Insatisfactorio : IZI >= 3.0

IZI=Valor absoluto de Z-score

Resultados del Material de Control Analito:		QS 125										
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Analito									Desempeño
			n	Ex	At	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Alanino Aminotransferasa	145.50	U l / L	586	2	11	150,545	11,548	7,67	0,597	-3,35	-0,44	
Albúmina	2.92	g / dL	568	4	12	3,155	0,163	5,17	0,009	-7,45	-1,44	
Amilasa	175.75	U l / L	317	4	8	273,288	48,242	17,65	3,409	-35,69	-2,02	
Aspartato Aminotransferasa	194.75	U l / L	583	2	10	153,093	17,357	11,34	0,900	27,21	2,40	
Bilirrubina Directa	0.23	mg / dL	521	51	91	1,680	0,169	10,03	0,010	-86,31	-8,61	
Bilirrubina Total	4.80	mg / dL	580	7	15	4,935	0,442	8,95	0,023	-2,74	-0,31	
Calcio	12.63	mg / dL	500	5	17	12,445	0,466	3,75	0,026	1,49	0,40	
Cloruro	122.00	mmol / L	420	4	12	119,997	2,990	2,49	0,183	1,67	0,67	
Colesterol	270.50	mg / dL	591	3	21	264,828	9,678	3,65	0,499	2,14	0,59	
Colesterol HDL	82.25	mg / dL	522	0	4	100,005	14,987	14,99	0,820	-17,75	-1,18	
Creatin quinasa	450.25	U l / L	330	3	12	467,963	36,281	7,75	2,508	-3,79	-0,49	
Creatinina	4.74	mg / dL	587	5	23	4,335	0,264	6,08	0,014	9,33	1,53	
Fosfatasa Alcalina	260.00	U l / L	582	2	38	304,009	59,194	19,47	3,072	-14,48	-0,74	
Fosfato	7.28	mg / dL	476	3	16	6,766	0,453	6,70	0,026	7,59	1,13	
Gamma-glutamyl-transpeptidasa	202.50	U l / L	521	0	7	173,621	17,885	10,30	0,979	16,63	1,61	
Glucosa	265.75	mg / dL	591	9	23	275,453	10,109	3,67	0,524	-3,52	-0,96	
Hierro	220.50	µg / dL	120	4	8	230,750	8,639	3,74	1,003	-4,44	-1,19	
Lactato	43.78	mg / dL	110	33	33	48,131	2,394	4,97	0,341	-9,04	-1,82	
Magnesio	4.28	mg / dL	113	4	8	4,099	0,139	3,38	0,017	4,41	1,31	
Potasio	6.08	mmol / L	423	3	13	6,196	0,180	2,91	0,011	-1,88	-0,64	
Proteínas Totales	4.82	g / dL	568	6	23	4,894	0,207	4,23	0,011	-1,51	-0,36	
Sodio	159.25	mmol / L	424	3	19	158,652	3,092	1,95	0,188	0,38	0,19	
Triglicéridos	293.50	mg / dL	587	6	23	246,661	16,054	6,51	0,833	18,99	2,92	
Urato	9.46	mg / dL	550	8	29	9,084	0,420	4,62	0,023	4,14	0,90	
Urea	115.50	mg / dL	586	34	45	125,005	7,238	5,79	0,385	-7,60	-1,31	

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore Ex=Valores Extremos At=Valores Atípicos



PEEC
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD
Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Alanino Aminotransferasa

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (145,5)

Su Resultado (145,5)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (145,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD
Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Albúmina

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (2,9)

Su Resultado (2,9)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (2,9)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Amilasa

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (175,8)

Su Resultado (175,8)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (175,8)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Aspartato Aminotransferasa

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (194,8)

Su Resultado (194,8)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (194,8)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Bilirrubina Directa

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (0,2)

Su Resultado (0,2)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (0,2)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Bilirrubina Total

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (4,8)

Su Resultado (4,8)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (4,8)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Calcio

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (12,6)

Su Resultado (12,6)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (12,6)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Cloruro

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (122,0)

Su Resultado (122,0)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (122,0)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Colesterol

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (270,5)

Su Resultado (270,5)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (270,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Colesterol HDL

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (82,3)

Su Resultado (82,3)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (82,3)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Creatin quinasa

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (450,3)

Su Resultado (450,3)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (450,3)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD
Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Creatinina

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (4,7)

Su Resultado (4,7)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (4,7)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Fosfatasa Alcalina

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (260,0)

Su Resultado (260,0)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (260,0)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Fosfato

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (7,3)

Su Resultado (7,3)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (7,3)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Gamma-glutamyl-transpeptidasa

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (202,5)

Su Resultado (202,5)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (202,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Glucosa

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (265,8)

Su Resultado (265,8)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (265,8)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD
Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Hierro

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (220,5)

Su Resultado (220,5)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (220,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Lactato

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (43,8)

Su Resultado (43,8)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (43,8)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Magnesio

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (4,3)

Su Resultado (4,3)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (4,3)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Potasio

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (6,1)

Su Resultado (6,1)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (6,1)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Proteínas Totales

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (4,8)

Su Resultado (4,8)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (4,8)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Sodio

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (159,3)

Su Resultado (159,3)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (159,3)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Triglicéridos

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (293,5)

Su Resultado (293,5)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (293,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Urato

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (9,5)

Su Resultado (9,5)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (9,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD
Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Analito : Urea

Total

Su Método: Química seca

Su Resultado (115,5)

Su Resultado (115,5)

*Su Grupo Par: 31

Su Resultado (115,5)

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Alanino Aminotransferasa

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Albúmina

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Amilasa

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Aspartato Aminotransferasa

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Bilirrubina Directa

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : **Bilirrubina Total**

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Calcio

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Cloruro

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Colesterol

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Colesterol HDL

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Creatin quinasa

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Creatinina

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Fosfatasa Alcalina

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Fosfato

Muestras



PEEC
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD
Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : **Gamma-glutamyl-transpeptidasa**

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : **Glucosa**

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Hierro

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Lactato

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : **Magnesio**

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Potasio

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Proteínas Totales

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Sodio

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Triglicéridos

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : **Urato**

Muestras



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Gráficos Z Score Históricos : Urea

Muestras

P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Desempeño Histórico

SRZ: Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 6 evaluaciones.

Analitos	SRZ	Desempeño Histórico
Alanino Aminotransferasa	-1,35	Satisfactorio
Albúmina	-0,38	Satisfactorio
Amilasa	-0,66	Satisfactorio
Aspartato Aminotransferasa	1,09	Satisfactorio
Bilirrubina Directa		
Bilirrubina Total	-0,33	Satisfactorio
Calcio	1,60	Satisfactorio
Cloruro	1,89	Satisfactorio
Colesterol	2,57	Cuestionable
Colesterol HDL	-0,64	Satisfactorio
Creatin quinasa	0,00	Satisfactorio
Creatinina	-0,68	Satisfactorio
Fosfatasa Alcalina	2,26	Cuestionable
Fosfato	3,28	Insatisfactorio
Gamma-glutamyl-transpeptidasa	0,57	Satisfactorio
Glucosa	0,29	Satisfactorio
Hierro	-1,42	Satisfactorio
Lactato		
Magnesio		
Potasio	0,96	Satisfactorio
Proteínas Totales	-1,42	Satisfactorio
Sodio	0,73	Satisfactorio
Triglicéridos	-0,54	Satisfactorio
Urato	1,72	Satisfactorio
Urea	-0,57	Satisfactorio

P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño
Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación		Desempeño	
Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 125
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 18 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 1

Satisfactorio : IZI <= 2.0
Cuestionable : 2.0 < IZI < 3.0
Insatisfactorio : IZI >= 3.0
IZI=Valor absoluto de Z-score

Observaciones


Específicas

Bilirrubina directa grupo 31 (Química seca/Vitros) 54 laboratorios No se evalúa el desempeño en Bilirrubina directa por la gran dispersión de los datos, se obtuvo un CV de 57,18%, debido a que los laboratorios informan valores desde 0,01 mg/dL hasta 4,1 mg/dL. Para mayor información revisar 2.0. Evaluación de desempeño I. Subprogramas Cuantitativos del Instructivo PEEC 2021 AX-03-PR-231.00-041 V09, en la página 152.

Generales

Se ha generado la V1 del informe de Qca. Sanguínea correspondiente a la salida del 11 de mayo del 2021. Esta corrección no afecta al desempeño y se realiza por un problema informático que afectó a la visualización de los informes en el sistema. A partir del año 2021 se realiza la identificación y exclusión de valores atípicos extremos y la identificación de valores atípicos en el Subprograma de Química Sanguínea, como se indica en página 149 del Instructivo PEEC 2021 (AX-03-PR-231.00-041 V09).

La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente.



Autorizado por : BQ. PAOLA PELLEGRINI PINTO
JEFA SECCIÓN QUÍMICA CLÍNICA

El presente informe podrá ser validado en <http://www.ispdocel.ispch.cl> con el siguiente código de verificación:
yYBsBytG3xtw



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño

Subprograma: Evaluación de Química Sanguínea

Código de Laboratorio

1320 HOSPITAL DE QUILPUE