

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación				Desempeño	Puntaje
Envío	: Envío 2 de 2	N° Evaluación	: 43	Satisfactorio	80 - 100
Fecha Envío	: 20 de Julio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Agosto de 2021	Cuestionable	60 - 79
Tipo Muestra	: Frotis Sanguíneo	Versión del Informe	: V 0	Insatisfactorio	0 - 59
Hemograma : MS 109 Ver carpeta material de apoyo.					

Fórmula Leucocitaria: MS 109								
Confianza Estadística	99%		95%		Fórmula usuario	Su valor	%	Ponderación
	(I)	(P)	(I)	(P)				
Segmentado	45 a 71	8.0	48 a 68	16.0	Segmentado	65	95%	16.0
Linfocito	20 a 44	5.0	23 a 41	10.0	Linfocito	27	95%	10.0
Monocito	1 a 14	3.0	2 a 12	6.0	Monocito	6	95%	6.0
Eosinófilo	0 a 5	0.5	0 a 4	1.0	Eosinófilo	2	95%	1.0
Baciliforme	0 a 3	0.5	0 a 2	1.0				
Basófilo	0 a 2	0.5	0 a 2	1.0				
Puntaje Máximo del Patrón				35.0	Puntaje Fórmula Leucocitaria 35.0 (*)			

(I) = Intervalo, (P) = Ponderación

(*) Se considera evaluación por ausencia.

Características Serie Blanca: MS 109					
Característica patrón	Intervalo	Ponderación	Característica informada	Su valor	Ponderación
Leucocitos normales	X	25.0	Leucocitos normales		25.0
Linfocito reactivo	0 a +	25.0			
Puntaje Máximo del Patrón				25.0	Puntaje Serie Blanca 25.0

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación				Desempeño	Puntaje
Envío	: Envío 2 de 2	N° Evaluación	: 43	Satisfactorio	80 - 100
Fecha Envío	: 20 de Julio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Agosto de 2021	Cuestionable	60 - 79
Tipo Muestra	: Frotis Sanguíneo	Versión del Informe	: V 0	Insatisfactorio	0 - 59
Hemograma	: MS 109 Ver carpeta material de apoyo.				

Características Serie Roja: MS 109					
Característica patrón	Intervalo	Ponderación	Característica informada	Su valor	Ponderación
Eritrocitos Normales	X	25.0	Eritrocitos Normales		25.0
Poiquilocitosis	0 a +	12.5			
Eliptocitos	0 a +	12.5			
			Número de Eritroblastos	0	0.0
Puntaje Máximo del Patrón					Puntaje Serie Roja 25.0

Características Serie Plaquetaria: MS 109					
Característica patrón	Intervalo	Ponderación	Característica informada	Su valor	Ponderación
Plaquetas normales	X	15.0	Plaquetas normales		15.0
Puntaje Máximo del Patrón					Puntaje Serie Plaquetaria 15.0

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación				Desempeño	Puntaje
Envío	: Envío 2 de 2	N° Evaluación	: 43	Satisfactorio	80 - 100
Fecha Envío	: 20 de Julio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Agosto de 2021	Cuestionable	60 - 79
Tipo Muestra	: Frotis Sanguíneo	Versión del Informe	: V 0	Insatisfactorio	0 - 59

Hemograma : MS 110 Ver carpeta material de apoyo.

Fórmula Leucocitaria: MS 110								
Confianza Estadística	99%		95%		Fórmula usuario	Su valor	%	Ponderación
	(I)	(P)	(I)	(P)				
Blastos	2 a 11	8.0	3 a 10	16.0	Linfocito	13	-	0.0
Segmentado	39 a 57	2.5	41 a 55	5.0	Segmentado	73	-	0.0
Baciliforme	6 a 18	2.5	7 a 16	5.0	Baciliforme	3	-	0.0
Linfocito	3 a 12	2.5	4 a 11	5.0	Eosinófilo	2	95%	0.3
Mielocito	2 a 11	0.5	3 a 10	1.0	Monocito	2	99%	0.5
Monocito	2 a 11	0.5	3 a 10	1.0	Mielocito	4	95%	1.0
Juvenil	1 a 10	0.5	2 a 9	1.0	Juvenil	3	95%	1.0
Promielocito	0 a 7	0.2	1 a 6	0.4				
Eosinófilo	0 a 5	0.1	0 a 5	0.3				
Basófilo	0 a 5	0.1	0 a 4	0.3				
Puntaje Máximo del Patrón				35.0	Puntaje Fórmula Leucocitaria			3.3 (*)

(I) = Intervalo, (P) = Ponderación

(*) Se considera evaluación por ausencia.

Características Serie Blanca: MS 110					
Característica patrón	Intervalo	Ponderación	Característica informada	Su valor	Ponderación
Blastos medianos	++ / +++	10.0	Granulación Tóxica	++	6.0
Laxa	++ / +++	5.0			
Relación N/C baja	++ / +++	2.0			
Pseudo Pelger-Hüet	0 a +	2.0			
Granulación Tóxica	+ / ++	6.0			
Puntaje Máximo del Patrón					Puntaje Serie Blanca 8.0 (*)

(*) Se considera evaluación por ausencia.

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación				Desempeño	Puntaje
Envío	: Envío 2 de 2	N° Evaluación	: 43	Satisfactorio	80 - 100
Fecha Envío	: 20 de Julio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Agosto de 2021	Cuestionable	60 - 79
Tipo Muestra	: Frotis Sanguíneo	Versión del Informe	: V 0	Insatisfactorio	0 - 59

Hemograma : MS 110 Ver carpeta material de apoyo.

Características Serie Roja: MS 110					
Característica patrón	Intervalo	Ponderación	Característica informada	Su valor	Ponderación
Anisocitosis	++ / +++	2.0	Anisocitosis	++	2.0
Macroцитosis	+ / ++	1.0	Macroцитosis	++	1.0
Anisocromía	0 a +	0.5	Microцитosis	+	0.0
Poiquilocitosis	++ / +++	7.0	Anisocromía	+	0.5
Dacriocitos	+ / ++	8.0	Policromatofilia	+	0.1
Megalocitos	+ / ++	3.0	Punteado basófilo	+	0.1
Ovalocitos	+ / ++	1.0	Poiquilocitosis	++	7.0
Acantocitos	0 a +	0.1	Esquistocitos	++	0.1
Esquistocitos	0 a +	0.1	Dacriocitos	++	8.0
Eliptocitos	0 a +	0.1	Eliptocitos	+	0.1
Policromatofilia	0 a +	0.1	Estomatocitos	+	0.0
Punteado basófilo	0 a +	0.1	Rouleaux	++	0.0
			Número de Eritroblastos	0	2.0
Puntaje Máximo del Patrón		25.0	Puntaje Serie Roja		21.0 (*)

(*) Se considera evaluación por ausencia.

Características Serie Plaquetaria: MS 110					
Característica patrón	Intervalo	Ponderación	Característica informada	Su valor	Ponderación
Macroplaquetas	0 a +	13.0	Plaquetas normales		15.0
Plaquetas gigantes	0 a +	2.0			
Plaquetas normales	X	15.0			
Puntaje Máximo del Patrón		15.0	Puntaje Serie Plaquetaria		15.0

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación				Desempeño	Puntaje
Envío	: Envío 2 de 2	N° Evaluación	: 43	Satisfactorio	80 - 100
Fecha Envío	: 20 de Julio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Agosto de 2021	Cuestionable	60 - 79
Tipo Muestra	: Frotis Sanguíneo	Versión del Informe	: V 0	Insatisfactorio	0 - 59

Conclusión

Puntaje obtenido en el Material Control MS 109: 100.0
 Puntaje obtenido en el Material Control MS 110: 47.3

Su puntaje para este ejercicio es: 74,0 Cuestionable

Obtenido por el promedio de los Materiales Control evaluados

Resultados Históricos

N° Evaluación	Fecha Evaluación	Material Control	Su Puntaje Material Control	Su Puntaje en la Evaluación	Desempeño Evaluación
41	13/10/20				Sin Participación
42	18/05/21	MS 107 MS 108	85 86	86	Satisfactorio
43	20/07/21	MS 109 MS 110	100 47	74	Cuestionable


Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Observaciones

Específicas :

Generales : Las características de los blastos van en cruces respecto del total de blastos contados y no de las 100 células de la fórmula leucocitaria. No corresponde colocar hallazgos de características morfológicas, si también coloca que el elemento forme es normal (leucocitos, eritrocitos o plaquetas normales).

La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente.



Autorizado por:

T.M. EDUARDO RETAMALES CASTELLETTO
JEFE HEMATOLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGÍA